



## CERTIFICADO DE ENSAYO

Referencia: 1302063-02M1 - C

**PRODUCTO:** Mueble suspendido 3-4 cajones. Código: 01031090.  
\*Códigos adicionales: 01031130, 01031050, 01030290  
01030250, 01030210.

**EMPRESA:** FORMIMETAL, S. L.  
CR ZARAGOZA-HUESCA, KM 9,6  
50830 VILLANUEVA DE GALLEGO  
ZARAGOZA – ESPAÑA  
Tel.: 97 618 52 68  
CIF: B 5002168



**ENSAYO:** Adecuación a la siguiente norma:  
"UNE EN 14727:05"  
Mobiliario de laboratorio. Muebles contenedores para laboratorios.  
Requisitos y métodos de ensayo.

**RESULTADO:** Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por la norma aplicada en los siguientes ensayos:

ENSAYO	RESULTADO
- Apdo. 6 – Requisitos generales de seguridad.	CORRECTO
- Apdo. 7.5.2 – Apertura brusca de cajones (Q= 7,0 kg., V= 1,3 m/s., n= 10 veces)	CORRECTO
- Apdo. 7.5.3 – Resistencia de los cajones (F <sub>v</sub> = 250 N, n= 10 veces)	CORRECTO
- Apdo. 7.5.4 – Durabilidad de los cajones (Q= 7,0 kg., n= 50.000 ciclos)	CORRECTO
- Apdo. 7.5.5 – Desplazamiento fondo del cajón (Q= 7,0 kg., F <sub>H</sub> = 70 N, n= 10 ciclos)	CORRECTO

Paterna, 14 de Junio de 2013

Fdo. José Emilio Nuévalos  
Responsable Laboratorio mueble

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de AIDIMA.

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico refs.: 1302063-02-03-04-05-06 y 07 del 14/06/2013.

El presente certificado anula y sustituye al certificado de referencia: 1302063-02M C. (\*) códigos adicionales según información facilitada por el fabricante.

"AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), CTIB-TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canadá), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania)."