

## Número de referencia del certificado: DK-30260-UL

### Certificado CB TEST

Producto	Cama Hospitalaria
Nombre y dirección del solicitante:	ARJOHUNTLEIGH (una rama de ARJO LIMITED MED AB) ARJOHUNTLEIGH HOUSE, HOUGHTON HALL BUSI HOUGHTON REGIS BEDFORDSHIRE LU5 5XF, UNITED KINGDOM
Nombre y Dirección del fabricante	ARJOHUNTLEIGH AB VERKSTADSVAGEN SWEDEN 24138 ESLOV SWEDEN
Nombre y Dirección de la fábrica	ARJO HUNTLEIGH POLSKA SP Z O O UL KS WAWRZYNIAKA 2, 62-052 KOMORNIKI POLAND
Nota: cuando haya más de una fábrica, por favor repórtelo en la página 2	
Valores nominales y características principales	<input type="checkbox"/> Información adicional en página 2 230 V AC 1.25 A max. 50/60 Hz Duty Cycle: 10% (2 min. on, 18 min. off) IPX4 Class I Type B
Marca de la fábrica (si existe)	ARJOHUNTLEIGH, GETINGE GROUP
Tipo de laboratorios de pruebas del fabricante utilizado	TMP
Modelo/ Referencia del tipo	E5000X
Información adicional (si es necesario puede estar reportado en página 2)	Adicionalmente evaluado en EN 60601-1:2006; Diferencias nacionales especificadas en el informe del Test CB
	<input checked="" type="checkbox"/> Información adicional en página 2
Una muestra del producto fue probada y encontrada estar en conformidad con	IEC 60601-1(ed.3), IEC 60601-2-52(ed.1)
Como se muestra en el Informe de prueba Ref. No. que forma parte de este certificado	E348583-A14-CB realizado en 2013-01-09

Este certificado CB es emitido por el organismo Nacional de certificación

### Información adicional (si fuese necesario)

- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

Para ver los nombres completos de las entidades legales, visite [www.ul.com/nbcnames](http://www.ul.com/nbcnames)

Firma:

Jan-Erik Storgaard

Fecha: 2013-01-09