

Número de referencia del certificado: DK-33049-A2-UL

Certificado CB TEST

Producto	Cama Hospitalaria
Nombre y dirección del solicitante:	ARJOHUNTLEIGH (una rama de ARJO LIMITED MED AB) ARJOHUNTLEIGH HOUSE, HOUGHTON HALL BUSI HOUGHTON REGIS BEDFORDSHIRE LU5 5XF, UNITED KINGDOM
Nombre y Dirección del fabricante	ARJOHUNTLEIGH, MEDICAL BEDS DIVISION, C/O HUNTLEIGH HEALTHCARE LTD, TRIDENT DRIVE UNIT 3 BRITANNIA PARK, WEDNESBURY, WS107XB, UNITED KINGDOM
Nombre y Dirección de la fábrica	ARJO HUNTLEIGH POLSKA SP Z O O UL KS WAWRZYNIAKA 2, 62-052 KOMORNIKI POLAND
Nota: cuando haya más de una fábrica, por favor repórtelo en la página 2	
Valores nominales y características principales	<input type="checkbox"/> Información adicional en página 2
Marca de la fábrica (si existe)	Ver página 2
Tipo de laboratorios de pruebas del fabricante utilizado	ARJOHUNTLEIGH
Modelo/ Referencia del tipo	TMP E8000X
Información adicional (si es necesario puede estar reportado en página 2)	Adicionalmente evaluado en EN 60601-1:2006; Diferencias nacionales especificadas en el informe del Test CB
Una muestra del producto fue probada y encontrada estar en conformidad con	<input checked="" type="checkbox"/> Información adicional en página 2
Como se muestra en el Informe de prueba Ref. No. que forma parte de este certificado	IEC 60601-1(ed.3), IEC 60601-2-52(ed.1) E348583-A15-CB-1 issued on 2013-05-31

Este certificado CB es emitido por el organismo Nacional de certificación

Información adicional (si fuese necesario)

- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

Para ver los nombres completos de las entidades legales, visite www.ul.com/ncbnames

Firma:

Jan-Erik Storgaard

Fecha: 2013-05-31

Número de referencia del certificado: DK-33049-A2-UL

Calificaciones:

120 V (Estados Unidos y Canada)

2A max

50/60 Hz,

10% de ciclo de trabajo: 2 minutos encendido, 18 minutos apagado

IPX4

Clase I

Tipo B

230 V (Europea)

1,25 A max

50/60 Hz

10% 2 minutos encendido, 18 minutos apagado

IPX4

Clase I

Tipo B

Información adicional (si fuese necesario)

- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

Para ver los nombres completos de las entidades legales, visite www.ul.com/ncbnames

Firma:

Jan-Erik Storgaard

Fecha: 2013-05-31